

Załącznik nr 4 do SWZ

**Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających w organizmie człowieka
(1300 szt.)**

1. Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków odurzających działających podobnie do alkoholu (narkotesty) winny być przystosowane do jednoczesnego wykrywania grupy związków:

- a/ opioidy (morfina)
- b/ amfetamina i jej analogi (w tym MDMA)
- c/ kokaina
- d/ Δ -9-Tetrahydrokannabinol (marihuana/ haszysz)
- e/ benzodiazepiny

2. Pozostałe wymagania dotyczące testera:

- a/ posiadać budowę jednoczęściową, zintegrowaną,
- b/ być przystosowanym do pobierania śliny od kierującego pojazdem lub innej osoby i wykonania badania w warunkach nielaboratoryjnych – np. w warunkach kontroli drogowej,
- c/ wskazany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą w ślinie,
- d/ czas uzyskania wyniku badania (kontroli obecności w ślinie środka działającego podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie może być dłuższy niż 10 minut.