

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Dostawa pakietów do krwi

I. Zestaw powinien posiadać pełne niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5cm³.

II. Strzykawka do pobierania krwi musi mieć objętość potrzebną do jednorazowego pobrania krwi, tj. nie mniej niż 10 cm³. W przypadku fiolek próżniowych niezbędny jest zestaw do próżniowego pobrania krwi w postaci specjalnej igły i adaptera.

III. Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

1) Pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o wymiarach, które powinny pomieścić następującą zawartość:

a/ dwie fiołki do pobierania krwi umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm³ krwi (obydwie fiołki winny zawierać antykoagulant i stabilizator przeciw procesom fermentacji). Fiołki powinny być wykonane z przezroczystego szkła o dużej laboratoryjnej czystości, z oznaczeniem A i B.

b/ jeden zestaw do próżniowego pobierania krwi (igła, uchwyt i staza)

c/ jedna para rękawiczek lateksowych w rozmiarze „L”

d/ buteleczka z rywanolem i gazikiem lub innym środkiem dezynfekującym nie zawierającym alkoholu

e/ „Protokół pobrania krwi” – w dwóch częściach - w tym „Instrukcja dla pobierającego krew” - treść protokołu zgodna ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4A do SWZ.

f/ Wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobierania krwi.

IV. Pozostałe wymagania:

1. Opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczaniem się fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.

2. Banderole samoprzylepne do zabezpieczenia próbek krwi - po dwie banderole dla każdej z fiolek do oklejenia korka i fiołki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczenia tekturowego pakietu transportowego. Banderole muszą być na tyle długie, aby nachodziły na siebie po oklejeniu. Banderole nie mogą się same odklejać.

3. Fiolki do krwi i cały pakiet transportowy powinny być zabezpieczone samoprzylepnymi banderolami posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, zgodne z wzorem numeracji pakietów zawartym w pkt. 7.
4. Każda próba otwarcia pakietu lub fiolek musi pozostawiać widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.
5. Na opakowaniu transportowym fiolek powinny znajdować się zapisy:

UWAGA ! Po zamknięciu opieczetować pakiet pieczęcią Policji oraz w formie metryczki:

PAKIET DO PRÓBEK KRWI

ADRESAT.....

NADAWCA.....

.....

Nr SPRAWY

NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA

.....

PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET

.....

PIECZAŃKA POLICJI

.....

6. Zestawy winny być pakowane w opakowania zbiorcze zawierające po 50 szt. pakietów układanych wg rosnącej numeracji.
7. Numeracja powinna zaczynać się literami BY i narastającymi cyframi.
8. Wymagany termin ważności pakietów – 12 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy.
9. Wszystkie elementy zestawu winny być jałowe i oznaczone terminem ważności.